



# REGIONE LAZIO

## DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Area 45/04 - Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria

Dirigente Valentino Mantini

Tel. 06 51683606 - fax 06 51684974

email [vmantini@regione.lazio.it](mailto:vmantini@regione.lazio.it)

Prot. N. 59253/45/04

Roma, li 20 MAG. 2009

Ai Direttori Generali  
Aziende usl del Lazio

e p.c. Centri di riferimento per la nefrologia  
e dialisi

LORO SEDI

Oggetto: Utilizzo posti dialisi contumaciali.

Pervengono alla scrivente amministrazione talune richieste da Codeste Direzioni in merito alle modalità di impiego dei posti dialisi dedicati ai dializzati HbsAg positivi non utilizzati.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

- la normativa vigente, con particolare riferimento alla DGR 1650/1995, espressamente prevede "presso ogni centro dialisi una sala con non meno di due posti dialisi riservata al trattamento dei pazienti portatori di HbsAg";
- nell'ambito del processo di autorizzazione e accreditamento di cui alla LR 4/2003, tuttora in via di definizione, la DGR n. 424/2006 definisce i requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio-sanitarie prevedendo, tra i requisiti strutturali dei centri dialisi ambulatoriali, la presenza di una "sala dialisi contumaciale per pazienti infetti dotata di spogliatoi, servizi igienici con interposta zona filtro";
- la fase transitoria tra il precedente disposto normativo e quello attuale, che sarà peraltro successivamente integrato e perfezionato con la definizione dei requisiti ulteriori, pone al momento dubbi interpretativi sia in relazione alle modalità e ai tempi di adeguamento sia rispetto alla gestione dei pazienti.

La questione è stata oggetto peraltro della valutazione della Commissione regionale di vigilanza per l'emodialisi nel Lazio, supportata dal contributo di esperti qualificati in ambito epidemiologico ed infettivologico.

Sulla scorta di quanto esposto la scrivente amministrazione, al momento, non può che ribadire senza alcuna deroga il disposto della normativa attualmente vigente che prevede in ogni centro dialisi due posti espressamente riservati ai pazienti portatori di HbsAg.

IL DIRIGENTE  
Valentino Mantini

Il responsabile del procedimento  
Vincenzina Giarrizzo  
Tel. 06 51683559 - Fax 06 51684974  
Email [vgiarrizzo@regione.lazio.it](mailto:vgiarrizzo@regione.lazio.it)

IL DIRETTORE REGIONALE  
Giampaolo Grillo